

## Model BR-17CAM-5M

### Camera Probe

For use with the BR200 / BR250 Borescope only

Thank you for purchasing this professional camera probe. This sheet covers the warning and specifications for the probe only. Instructions regarding the usage of the BR200 or BR250 Borescope are provided in the Borescope User Guide.

**NOTE: Remove the protective plastic lens covering before first use.**

### Warnings

- Do not bend to a smaller diameter than 60mm (2.36")
- Warranty is invalid if stickers, tags, or labels are removed

### Specifications

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Resolution            | 640x480 pixels            |
| Viewing Angle         | 50°                       |
| Length                | 5m (16.4')                |
| Outer diameter (O.D.) | 17mm (0.67")              |
| Focus distance        | 15 to 25cm (5.9 to 9.8")  |
| Operating Temperature | -10 to 50°C (14 to 122°F) |

This product is warranted for one year.

Copyright © 2012-2016 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)  
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.  
www.extech.com

## Modelo BR-17CAM-5M

### Detector de Cámara

Sólo para uso con el boroscopio BR200 / BR250

Gracias por comprar este detector de cámara profesional. Esta hoja sólo cubre las advertencias y las especificaciones del detector. Las instrucciones sobre el uso del boroscopio BR200/BR250 se proporcionan en la Guía del usuario boroscopio.

**NOTA: Quite la cubierta de plástico protector que cubre antes del primer uso**

### Advertencias

- No doble a un diámetro menor de 60mm (2.36")
- La garantía no es válida si se quitan las etiquetas o calcomanías.

### Especificaciones

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Resolución               | 640 x 480 píxeles        |
| ángulo de visión         | 50°                      |
| Longitud                 | 5m (16.4')               |
| Diámetro exterior (OD)   | 17mm (0.67")             |
| Distancia de enfoque     | 15 to 25cm (5.9 to 9.8") |
| Temperatura de operación | -10 a 50°C (14 a 122°F)  |

Esto producto está garantizado por un año.

Copyright © 2012-2016 Extech Instruments Corporation (Una Empresa FLIR)  
Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.  
www.extech.com

## Modèle BR-17CAM-5M

### Sonde Caméra

Pour utilisation avec l'endoscope BR200 / BR250 uniquement

Nous vous remercions d'avoir acheté cette sonde caméra professionnelle. Cette fiche couvre les avertissements et les spécifications concernant la sonde uniquement. Les instructions concernant l'utilisation de l'endoscope BR200/BR250 sont fournies dans le manuel d'utilisation de l'endoscope.

**NOTA: Assez La cubierta de plástico protector Qué cubre antes del uso apprêt**

### Avertissements




- Ne pliez pas jusqu'à un diamètre inférieur à 60mm (2.36")
- La garantie n'est pas valable si les autocollants, les plaques ou les étiquettes sont retirés.

### Caractéristiques

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Résolution                    | 640 x 480 pixels         |
| angle de vision               | 50°                      |
| Longueur                      | 5m (16.4')               |
| Diamètre extérieur            | 17mm (0.67")             |
| Distance de mise au point     | 15 to 25cm (5.9 to 9.8") |
| Température de fonctionnement | -10 à 50°C (14 à 122°F)  |

Ce produit est garanti pour un an.

Copyright © 2012-2016 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)  
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.  
www.extech.com



## Modell BR-17CAM-5M

### Flexibler Kamerakopf

Ausschließlich für den Einsatz mit dem BR200 / BR250  
Endoskop geeignet

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses professionellen Kamerakopfes. Dieses Produktblatt enthält ausschließlich Warnhinweise sowie Technische Daten für den Kamerakopf. Gebrauchsanweisungen bezüglich der Nutzung des BR200/BR250 Endoskops sind im Endoskop Benutzerhandbuch enthalten.

**HINWEIS:** Entfernen Sie die Schutzfolie Objektiv für vor dem ersten Gebrauch.

### Warnhinweise

- Biegen Sie den Kamerakopf nicht enger als einen Radius von 60mm (2.36")
- Die Garantie verfällt bei Entfernung der Klebeetiketten, Kennzeichnungen oder des Typenschildes

### Technische Daten

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Auflösung             | 640 x 480 Pixel             |
| Betrachtungswinkel    | 50°                         |
| Länge                 | 5m (16,4')                  |
| Außendurchmesser (AD) | 17mm (0.67")                |
| Fokusabstand          | 15 to 25cm (5.9 to 9.8")    |
| Betriebstemperatur    | -10 bis 50°C (14 bis 122°F) |

Dieses Produkt verfügt über ein Jahr Garantie.

Copyright © 2012-2016 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)  
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts auf Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen in irgendeiner Form.  
www.extech.com

## Modello BR-17CAM-5M

### Sonda Video

Da utilizzare solo con l'Endoscopio HBR200 / BR250

Grazie per aver acquistato questa sonda video professionale. Questo foglio include unicamente gli avvisi e le specifiche per la sonda. Le istruzioni riguardo l'utilizzo dell'Endoscopio BR200/BR250 sono fornite nel Manuale d'Istruzioni dell'Endoscopio.

**NOTA:** rimuovere la lente di protezione in plastica che copre prima del primo utilizzo.

### Avvisi

- Non piegare ad un diametro inferiore ai 60mm (2.36")
- La garanzia è invalidata se sono rimossi adesivi, cartellini o etichette

### Specifiche

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Risoluzione               | 640 x 480 pixel          |
| angolo di visione         | 50°                      |
| Lunghezza                 | 5m (16,4')               |
| Diametro esterno (O.D.)   | 17mm (0.67")             |
| Distanza di messa a fuoco | 15 to 25cm (5.9 to 9.8") |
| Temperatura Operativa     | -10 a 50°C (14 a 122°F)  |

Questo prodotto è garantito per un anno.

Copyright © 2012-2016 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)  
Tutti i diritti sono riservati incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in qualsiasi forma.  
www.extech.com

## Modelo BR-17CAM-5M

### Sonda de Câmera

Para uso somente com o Boroscópio BR200 / BR250

Obrigado por comprar esta sonda de câmera profissional. Esta folha cobre somente as advertências e especificações para a sonda. As instruções relativas ao uso do Boroscópio BR200/BR250 são fornecidas no Guia do Usuário do Boroscópio.

**NOTA:** Remova a lente plástica protetora que cobre antes da primeira utilização.

### Advertências

- Não dobre em um diâmetro menor que 60mm (2.36")
- A garantia não é válida se rótulos gomados, adesivos, ou etiquetas forem removidos

### Especificações

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Resolução               | 640 x 480 pixels         |
| ângulo de visão         | 50°                      |
| Comprimento             | 5m (16,4')               |
| Diâmetro Externo (D.E.) | 17mm (0.67")             |
| Distância de Focagem    | 15 to 25cm (5.9 to 9.8") |
| Temperatura em Operação | -10 a 50°C (14 a 122°F)  |

Este produto tem garantia de um ano.

Direitos Autorais © 2012-2016 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)  
Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma.  
www.extech.com